



**Барлық әлеуетті
өнім берушілерге**

Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған имун ташпыллығы синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ШЖҚ КМК Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілетін көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесінің 10 б 103 т сәйкес диагностикалық препараттарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жүргізілетіні туралы хабарлайды:

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттама	Өлше м бірлігі	Саны	Бағаы	Сомасы	Жеткізу кестесі
1	АИТВ антигенін р24 бірінші және екінші типтегі адамның имун ташпылығы вирустарына (ВИЧ-1, АИТВ-1 және ВИЧ-2 субвирустары қоса алғанда) адамның қан сарысуындағы және қан плазмасында (АИТВ-инфекциясы)	АИТВ-24-ге антигенді сапалы түрде анықтауға арналған реагенттер жиынтығы және адамның сарысуы және плазмасында адамның имундық ташпылығы вирустарының 1 және 2 типтеріне (ВИЧ 1, АИТВ-1 және ВИЧ-2 сияқты) арнайы антиденелер. Жиынтықтан тұрады: 1. 8 x 12 жолақ үшін ұнғымаларды бөлуге арналған пластина, HIV1 gp41, HIV1 (subtype O) gp41, HIV2 gp36 бар рекомбинантты ақуыздардың (Escherichia coli), сондай-ақ микротитрлы пластинаны жабатын АИТВ-24 антигеніне екі моноклоналды антиденелер (тышқандар) - 10 дана. 2. 5 мл немесе 25 мл үлгідегі буфер. BSA (бис-триметилсилил-ацетамид) және TRITON X-100 фосфатты буфер; қызғылт түсті. 3. 12,5 мл немесе 75 мл түйсетін буферлік ерітінді. TRIS аралық / HCl буфері SAPOGENAT T500 және казеинмен. 4. Конъюгат - соңғы көлемі 75 мл. Биотинилирленген ВИЧ-инфекциясының р24-ға HIV-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 рекомбинантты протеиндерінің лиофилизаты, синтетикалық пептидтер және екі моноклоналды антиденелер (тышқандар); көк түс. 5. 12,5 мл немесе 75 мл түйісу. TRIS / HCl буферінде Streptavidin / peroxidase (POD) конуты; сары түсті. 6. Теріс бақылау материалы - 2 мл. АИТВ антигендерінің және ВИЧ-1, АИТВ-2 және АИТВ-1 антигендеріне қарсы (O	жиынт ық	12	395 000	4 740 000	Шарт күрған күннен бастап 16 күнгітбе лік күн ішінде

<p>біріктірілген сапалы анықтау үшін ферментке байланысты иммуносорбент талдауы (ИФА) реагенттер жинағы, 4-ші буын) (10x96 анықтау), (қосымша реагенттерді қосқанда).</p>	<p>типті) антиденелерсіз адамның сарысуын тұрақтандырды; жасыл түсті. 7. Оң бақылау материалы - 2 мл. НЕРЕС бұферінде АИВ-1 антигеніне қарсы антиденелермен адамның сарысуымен жьлытылған; кызыл түс. Қосымша реагенттер жиынтығы: АИТВ-ға антигенді антиденелерді сапалы түрде анықтау және адамның иммундық тапшылығы вирусына 1 және 2 типті (ВИЧ 1, соның ішінде ВИЧ-инфекциясының 1 0 және АИТВ-ның 2 кіші түрін қоса) адамның сарысуында және плазмасында. Жиынға мыналар кіреді: 1. Буфер / субстрат ТМВ - 120 мл. 2. Chromogen ТМВ - 12 мл. 3. Пероксидаза ерітіндісін тоқтау - 200 мл. 4. Peroxidase ерітіндісін 300 мл жуыңыз. 5. Үлгі еріткіштің түсті ерітіндісі - 12,5 мл; көк түс. 6. Желімді фольга - 24 дана. 7. Хромогенді ерітіндіге арналған бос құты - 1 дана. Сынау жүйесі АҚТҚ-ның антигені мен антигендерін антиденелерді сапалы түрде анықтауға арналған және адамның қан сарысуындағы және плазмадағы адамның иммун тапшылығы вирустарының 1 және 2 типтеріне (АҚТҚ 1, АИТВ-1 және АИТВ-2 қоса алғанда). Сондықтан тестілік жүйелерге келесі талаптар қойылады: 1. АИВ пен вирустық антигенге қарсы антиденелерді бір мезгілде анықтау үшін 4-ші буын ашық түрінің сынау жүйесі. 2. SE сертификаттарының және ДСҰ-ның алдын ала біліктілігінің болуы. 3. Сынақ жүйесінің аналитикалық сезімталдығы 0,50 IU / мл болуы керек. АИВ-1 антигені стандарттарына сәйкес аналитикалық сезімталдығы 12 pg / ml болуы керек. 4. Диагностикалық сезімталдығы 100%, диагностикалық ерекшелігі кемінде 99,9%. 5. Сынақ жүйесі теріс және оң үлгілердің арасындағы нақты бөлуді қамтамасыз етуі керек. Теріс үлгілердің ОР / ORcut (S / CO) орташа мәні 0,2 аспауы тиіс. 6. Үлгісі 100 мкл артық емес. Иммуносорбциялы плитаны алдын ала жуусыз талдау жасаңыз.</p>	<p>4 740 000</p>
<p>Барлығы</p>		

Тауар жеткізу орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ШЖҚ ҚМК.

Әлеуетті өнім берушілердің құжаттама пакетін тапсыру орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, есеп бөлімі, баға ұсыныстарын тапсыру соңғы мерзімі 2018 жылғы 22 қараша 10 сағат 00 минутқа дейін.

Қонверттер Атырау қаласы, Владимирский көшесі, 22 б, мажіліс-зал мекенжайы бойынша 2018 жылғы 22 қараша 11 сағат 00 минутта ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8(7122)212188.



Н.А. Айтмухамбетов

Директор