



Всем поставщикам

КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления здравоохранения Атырауской области на основании п. 103 главы 10 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 года за №1729, проводит закупку медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

| По т № | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена | Сумма | График поставки |
|--------|--|---|-----------|--------|---------|---------|---------------------|
| 1 | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ И (Ул. – Кашиляр, 2шт. - Чейз бумер), №100 ул | Назначение Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 р24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным сегном. Определяемый показатель Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: нососа антигена - антиген ВИЧ1 р24, нососа антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О Формат набора - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделиния индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа Количество местов в наборе – 100 Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Напиче – одностадийный экспресс-тест Время проведения теста * - 20 минут Возможность считывания результатов - 30 минут Объем образца - 50 мкл Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Ag Чувствительность - 100% Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста | набо р | 2 | 150 000 | 300 000 | По заявке заказчика |

Место поставки товара: г. Атырау, ул. Владимирского 22 б. КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления здравоохранения Атырауской области.

Место представления потенциальным поставщиком документов – г. Атырау, ул. Владимирского 22 б, бухгалтерия, окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 часов 15 апреля 2020 года.

Конверты будут вскрываться в 11 часов 00 мин 15 апреля 2020 года по следующему адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления здравоохранения Атырауской области, актовый зал. За дополнительной информацией и справками можно обращаться по телефону 8(7122) 21-22-18.

И.о.Директора

Сегиев Ж.Н.