

ШЫҒЫС/СХӨД

АТЫРАУ ОБЛАСТЫҚ ЖИТС ОРТАЛЫҒЫ
 ШЫҒЫС/СХ № 0311043
 КҮНІ/ДАТА 19.09.22
 ПАРАҚ САНЫ/ҚОЛ-ВО ЛИСТОВ
 АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПИД ЦЕНТР

Всем поставщикам

КГП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области на основании п. 103 главы 10 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 года за №375, проводит закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Барлық әлеуетті
 өнім берушілерге

Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ҚМҚК Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы №375 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуы, фармацевтикалық көрсетілген қызметтерді сатып алуы ұйымдастыру және өткізу қағдаларын бекіту сатып алуы ұйымдастыру және өткізу ережесінің 10 б 103 т сәйкес медициналық бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жүргізілетіні туралы хабарлайды.

№	Наименование/Атауы	Техническая спецификация/Техникалық сипаттама	Ед изм-өлш бірлігі	Кол-во/саны			Цена/бағасы	Сумма/сомасы	График поставки/жеткізу уақыты
				ФСМС	ЦТТ	ВБ			
1	Устройство для промывки планшет	Промыватель для микропланшетов предназначен для автоматического выполнения операции промывки лунок планшета, в котором проводится иммуноферментная реакция. Принцип действия прибора основан на дозированной подаче промывающего раствора в лулки микропланшета при постоянно действующей аспирации. Такой вариант промывки позволяет получить циркуляцию промывающего раствора в лунках при дозировании объемов жидкости превышающих объем лунок. Промыватель для микропланшетов Специальный буфер с эластичными стенками установлен в дозирующем канале после насоса для обеспечения ламинарного потока промывающего раствора. Кроме того, для уменьшения величины остаточного объема в лунках в приборе применен специальный алгоритм придонной аспирации, так называемая "крестообразная аспирация. Прибор оснащен двумя бутылками (2л) для промывающего раствора и дистиллированной воды, используемой для ухода за прибором.	шт/дана	1			2900000	2900000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

										<p>Кроме того, в комплект входит бутылка для слива (2л) и ловушка для влаги с гидрофобным фильтром, предназначенная для защиты аспирационного насоса. Конструктивно прибор выполнен в виде моноблока.</p> <p>Основные характеристики</p> <p>Пользовательский интерфейс: Дисплей</p> <p>Клавиатура 2 строки по 20 символов 5 функциональных клавиш</p> <p>Количество каналов 1x8 (Стандартная) 2x8 1x12</p> <p>Сменная промывающая головка Наличие</p> <p>Количество промывающих растворов - не менее 2</p> <p>Объемы бутылей для промывающих растворов 2л Объем бутылей для слива: не менее 2л</p> <p>Детекция уровня в бутылках Нет</p> <p>Детекция Вакуума Нет</p> <p>Объем наполнения лунок микроплашета 50 – 3000мл с шагом 50мл</p> <p>Остаточный объем не более 2 мл</p> <p>Количество циклов промывки 1 – 15</p> <p>Режимы промывки микроплашета Plate/Strip</p> <p>Время замачивания 0-9.9 sec(Strip mode)</p> <p>0-59 min (Plate mode)</p> <p>Режим придонной аспирации Наличие</p> <p>Режим крестообразной аспирации Наличие</p> <p>Режим промывки с переполнением Наличие</p> <p>Управление потоком наполнения лунок не менее 10 скоростей</p> <p>Возможность шейкирования Да (линейная), CV < 5%</p> <p>0.1-59.9 сек скорость 1-9, амплитуда 1-9</p> <p>Программируемые операции промывки выбор меню и параметров промывки</p> <p>Число промывок до 9 Количество протоколов промывки в памяти не</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	<p>Воспроизводимость дозирования < 3%</p> <p>Возможность настройки на разную геометрию лунок микроплашета 10 вариантов геометрии</p> <p>Программирование параметров режимов наполнения и аспирации 6 Дополнительных режимы - промывка дист. водой -автопромывка дист. водой</p> <p>-дезинфекция</p> <p>Напряжение 240В, 50/60 Гц</p> <p>Мощность 100 Вт (макс)</p> <p>Размеры ШхДхВ (с учетом выдвинутой каретки и бутылей) 551 x 530 x 300 мм</p> <p>Вес 11.0 кг</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <p>Окружающая температура</p> <p>Влажность от 15 до 35°C 15-85%</p> <p>арналған жұтыш иммуноферменттік реакция жүргізілетін планшеттерге тесіктерін жуу операциясын автоматты түрде орындауға арналған.</p> <p>Құрылғының жұмыс принципі үнемі жұмыс істейтін аспирация кезінде микроплаң тесіктеріне жуу ерітіндісін мөлшерлеуге негізделген. Жуудың бұл нұсқасы шұңқырлардың көлемінен асатын сұйықтық көлемін мөлшерлеу кезінде ұңғымалардағы жуу ерітіндісінің айналымын алуға мүмкіндік береді. Жуу ерітіндісінің ламинарлық ағынын қамтамасыз ету үшін серпімді қабырғалары бар арнайы буфер сорғыдан кейін мөлшерлеу каналына орнатылады. Басқа сонымен қатар, құрылғыдағы тесіктердегі қалдық көлемнің мөлшерін азайту үшін "крест тәрізді аспирация" деп аталатын төменгі аспирацияның арнайы алгоритмі қолданылды. Құрылғы жуу ерітіндісі мен құрылғыны күту үшін қолданылатын тазартылған су үшін екі бөтелкемен (2л) жабықталған. Басқа сонымен қатар, құрылғыдағы тесіктердегі қалдық көлемнің мөлшерін азайту үшін "крест тәрізді аспирация" деп аталатын төменгі аспирацияның арнайы алгоритмі қолданылды.</p>

2		<p>Құрылғы жуу ерітіндісі мен құрылғыны күту үшін қолданылатын тазартылған су үшін екі бөтелкемен (2л) жабдықталған. Сонымен қатар, жинаққа су төгетін бөтелке (2л) және аспирациялық сорғыны қорғауға арналған гидрофобты сүзгісі бар ылғал тұзағы кіреді. Құрылымдық жағынан, құрылғы моноблок түрінде жасалады. Пайдаланушы интерфейсі: Дисплей Пернетақта 2 жолдан 20 таңбадан 5 функционалдық пернелер Арналар саны 1x8 (стандартты) 2x8 1x12 Ауыстырмалы жуу басының болуы Жуу ерітінділерінің саны - кемінде 2 Жуу ерітінділеріне арналған шөлмектердің көлемі 2л Ағызуға арналған бөтелкелердің көлемі: кемінде 2л Детекция деңгейін шөлмектерде жоқ Вакуумды Анықтау Жоқ Микропланшет тесіктерін толтыру көлемі 50-3000мкл қадаммен 50мкл Қалдык көлемі 2 мкл артық емес Жуу циклидарының саны 1-15 Plate / Strip микропланшетті жуу режимдері Жібіту уақыты 0-9.9 sec (Strip mode) 0-59 min (Plate mode) Төменгі аспирация режимі Крест тәрізді аспирация режимі болуы Жуу режимі толып кетумен болуы Шұңқырларды толтыру ағынын кемінде 10 жылдамдықпен басқару Иә шайқау мүмкіндігі (сызықтық), CV < 5% 0.1-59.9 сек жылдамдығы 1-9, амплитудасы 1-9 Бағдарламаланатын жуу операциялары мезір мен жуу параметрлерін таңдау Жуу саны 9-ға дейін Жадтағы жуу хаттамаларының саны кемінде 75 Дозалаудың репродуктивтілігі < 3% Тесіктердің әртүрлі геометриясын орнату мүмкіндігі микропланшет 10 геометрия нұсқалары Толтыру режимдерінің параметрлерін бағдарламалау және аспирациялар 6 Қосымша режимдер-дисталарды жуу. сумен - авто жуу дист. сумен - дезинфекция Кернеуі 240В, 50/60 Гц Қуаты 100 Вт (макс) ШхДхВ өлшемдері (ұсынылған вагонды ескере отырып және бөтелке) 551 x 530 x 300 мм Салмағы 11.0 кг Пайдалану шарттары: Қоршаған орта температурасы Ылғалдылық 15-тен 35°C-қа дейін 15-85%</p>					По графику, выставленному заказчиком в договоре/Гапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
		<p>для ухода за зондом 100,400,500,2000 для аппарата Architect 2000 SR/Architect 2000 SR аппарат үшін арналған 100,400,500,2000 зондка күтім жасау үшін</p>	набор/жин ағы	2	158760	317520	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Гапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
3	Реагент/reagent Тест-полоски /Тест-жолдақтар	Тест полоски для анализатора мочи Urisis 1100 (100шт) Urisys 1100 зэр анализаторы үшін Тест (100 дана)	упаковка/о рау	3	27550	110200	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Гапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

4	Тест-полоски /Тест-жолақтар	Контрольные полоски тест-полоски для анализатора мочи Utisys 1100 зер анализаторы үшін бақылау Тест-жолақтар Test(100 дана)	упаковка/о рау	2			1	43000	129000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
5	Реагент/ Реагент	Комплект реагентов для выделения РНК вируса гепатита С (НСМ) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" "Накты уақыт" режимінде будандастыру-флуоресценттік детекциямен полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда С	набор/жин ағы	2				116480	232960	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
6	Реагент/ Реагент	Комплект реагентов для одновременного выделения ДНК Nisseria gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Micorlasma genitalium, Trichomonos vaginalis в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией/Будандастыру-флуоресценттік детекциясы бар ПТР әдісімен клиникалық материалда Nisseria gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Micorlasma genitalium, Trichomonos vaginalis ДНК-ны бір мезгілде бөлуге арналған реагенттер жиынтығы	набор/жин ағы	1				190000	190000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
7	Емкость/сыйымдылық	Пластиковая емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б 1 литр желтый Ушкір құрал-саймандарды және органикалық қалдықтарды жинауға арналған 1 литрге арналған пластикалық сыйымдылық сары Б класты бір-реттік	шт/дана	100				154	15400	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
8	Перекись водорода/ Сутегі асқын тотығы	Перекись водорода 6 %, 400 мл Сутегі асқын тотығы 6%, 400 мл	фл	120				650	78000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
9	Пакеты/пакеттер	пакеты одноразовые класса В для медицинских отходов размер 500*600 мм (красные) бір реттік пакеттер В класты медициналық қалдықтар үшін өлшем 500*600 мм (қызыл)	шт/дана	360				20	7200	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

10	Спирт/ Спирт	спирт этиловый 70 % 90 мл / этилді спирт 70% 90 мл	фл/құты	15	200	3000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
11	Набор реагентов-реагент жиынтығы	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i> (комплект 2) 12*8 Реагенттердің жиынағы үшін иммуноферменттік анықтау сомалық антиденелерді <i>Treponema pallidum</i> 12*8	набор/жін ағы	2	14900	29800	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
12	Набор реагентов-реагент жиынтығы	Диагностикум "Антиген кадиолипин для реакции микропреципитации" на сифилис (по 2 мл 10 ампул антиген кадиолипин, раствор холин хлорид по 5 мл)/Мерезге" микропреципитация реакциясы үшін кадиолипин антигені " диагностикакумы (2 мл-ден 10 ампула кадиолипин антигені, 5 мл-ден холин хлориді ерітіндісі)	набор/жін ағы	5	16127	80635	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
13	Клотримазол/клотрим азол	100 мг 1% суппозитории вагинальные № 6	упаковка/о рау	60	474,9	28494	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша
14	Тест система/тест жүйе	Тест система для количественного определения ДНК вируса ВИЧ в образцах сыворотки и плазмы крови. Подготовленные 8-луночные стрипы в алюминиевой упаковке - 96 пробирок, положительный контроль 15 мкл-32 пробирок, внутренний положительный контроль 15 мкл-32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР (для контроля) 15 мкл - 32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР 1200 мкл - 4 пробирки/Қан сарысуы мен плазма үлгілеріндегі АИТВ вирусының ДНҚ-ны сандық анықтауға арналған тест жүйесі. Алюминий қаптамадағы дайындалған 8 саңылаулы стриптер-96 пробирка, оң бақылау 15 мкл-32 пробирка, ішкі оң бақылау 15 мкл-32 пробирка, ПТР үшін тазартылған дистилденген су (бақылау үшін) 15 мкл - 32 пробирка, ПТР үшін тазартылған дистилденген су 1200 мкл-4 пробирка	набор/жін ағы	1	1330000	1330000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта қойған кесте бойынша

15	Реагент/ Reagent	Набор для выделения ДНК/РНК вирус. Состав: Буферный картридж № 1 - 6 шт, буферный картридж № 2-6 шт, наконечники с фильтром-96 шт, бумажный фильтр для защиты от загрязнения - 12 шт, пробирки для сбора образцов-96 шт, стрип-пробирки для элюирования с крышкой-8x12 шт, лоток для отходов-3 шт, защитная крышка-12 шт, руководство пользователя-1 шт./Вирустардың ДНК/РНК окшаулауға арналған жинағы. Құрамы: № 1 буферлік картридж-6 дана, № 2-6 буферлік картридж, фильтри бар ұштықтар-96 дана, ластанудан қорғауға арналған қағаз фильтри-12 дана, үлгілерді жинауға арналған пробиркалар-96 дана, қаптағы бар элюциялауға арналған Стрип-пробиркалар-8x12 дана, қалдықтарға арналған лоток - 3 дана, қорғаныш қаптағы-12 дана, Пайдаланушы нұсқаулығы-1 дана.	набор/жин ағы	1	552000	552000	По графику, выставленному заказчиком в договоре/Тапсырыс беруші Шартта койған кесте бойынша
Всего						6004209	

Место поставки товара: г. Атырау, ул. Владимирского 22 б. КПП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области.

Место представления потенциальным поставщиком документов – г. Атырау, ул.Владимирского 22 б, бухгалтерия, окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 часов 27 сентября 2022 года.

Конверты будут вскрываться в 11 часов 00 мин 27 сентября 2022 года по следующему адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б КПП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области, актовый зал.

За дополнительной информацией и справками можно обратиться по телефону 8(7122) 21-21-88.

Тауар жеткізу орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған имун тапшылығы синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ШЖҚ ҚМК.

Әлеуетті өнім берушілердің құжаттама пакетін тапсыру орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, есеп бөлімі, баға ұсыныстарын тапсыру соңғы мерзімі 2022 жылғы 27 қыркүйек 10 сағат 00 минутқа дейін.

Конверттер Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, мәжіліс-заят мекенжайы бойынша 2022 жылғы 27 қыркүйек 11 сағат 00 минутта ашылады.

Директор

Нурмуханов К.К.

